





vivamel  
medicinski med



vivamel  
medicinski med



vivamel  
Медицински мед

#### Upute za upotrebu

##### VIVAMEL - MEDICINSKI MED 20 g

Prije prve upotrebe proizvoda Vivamel medicinski med 20 g detaljno pročitate upute. Sačuvajte upute. Možda ćete ih ponovo htjeti pročitati.

#### KADA UPOTREBLJAVATI VIVAMEL MEDICINSKI MED 20 g?

Vivamel medicinski med namijenjen je za njegu i liječenje akutnih i kroničnih rana kao što su površinske rane, ogrebotine i posjekotine, opeklone, dijabetički crtevi te inficirane i duboke rane.

#### KAKO DJELUJE VIVAMEL MEDICINSKI MED 20 g?

Kestenov medicinski med u tubi Vivamel ima visoku koncentraciju šećera (minimalno 80 %), nisku koncentraciju vode (maksimalno 17 %) i kiseli pH. Zbog fizičkih svojstava ima visoku osmotsku aktivnost koja stvara nepovoljno okruženje za rast mikroorganizama, a istodobno potiče zasjeljivanje. Med omogućuje vlažno zasjeljivanje i na rani stvara mehaničku zaštitu.

#### KAKO UPOTREBLJAVATI VIVAMEL MEDICINSKI MED 20 g?

- Ranu prvo očistite mlakom pitkom tekućom vodom ili fiziološkom otopinom.
- Ranu i područje oko rane nježno osušite.
- Kod prvog otvaranja tube otru na tubi probijte poklopcem i manju kolicičinu meda istisnite na sterilnu kompresu koju bacite. Medicinski med iz tube nanesite na blazinicu sterilnog flastera ili na sterilni primarni oblog po vašem izboru; npr. alginatni oblog, netkanu kompresu, poliuretansku penu ili bilo koji drugi prikladni oblog.
- Blazinicu flastera ili oblog postavite tako da ranu prekrijete u cijelosti. Adhezivni deo flastera pričvrstite na okolnu kožu. Obloge koji nisu samoadhezivne pričvrstite zavojem za pričvršćivanje. U slučaju obilnog izlučivanja iz rane preko primarnog obloga stavite visokoupijajući oblog i pričvrstite ga zavojem za pričvršćivanje.

Na početku previjanje obavljajte jedanput na dan, kasnije može svaka dva-tri dana, ovisno o količini sekreta iz rane. Previjajte jednakim postupkom kao što je prethodno opisano.

#### KADA NE SMJETE UPOTREBLJAVATI VIVAMEL MEDICINSKI MED 20 g?

Ako imate dokazanu alergiju na med, ne upotrebljavajte Vivamel medicinski med.

#### UPOZORENJA

Prije i nakon upotrebe proizvoda uvijek operite ruke. Vivamel medicinski med 20 g nije namijenjen za konzumiranje. U slučaju konzumiranja može uzrokovati povećanje razine šećera kod dijabetičara ili reakciju preosjetljivosti kod ljudi alergičnih na med. Izbjegavajte kontakt s očima i sluznicama. U slučaju slučajnog kontakta s očima ili sluznicama isperite s mnogo vode. Vivamel medicinski med 20 g upotrijebite u roku od četiri mjeseca od otvaranja tube. Nakon svake upotrebe tube, dobro zatvorite da biste sprečili isticanje meda, ulazak vazduha i mikroorganizama u tubu. Proizvod je sterilan samo do prvog otvaranja. U slučaju da je tuba oštećena ne upotrebljavajte je. Med iz tube nanosite samo na sterilnu blazinicu flastera ili sterilni primarni oblog da biste sprečili kontaminaciju preostalog sadržaja iz tube.

Klinička testiranja zasjeljivanja rana sa Vivamel medicinskim medom kod šećernih bolesnika pokazuju vrlo dobre rezultate, ali u svakom slučaju liječenje se treba provoditi pod liječničkim nadzorom.

#### KOJI SU MOGUĆI NEŽELJENI UČINKI?

Zbog visoke osmotske aktivnosti meda koja se zasniva na privlačenju molekula vode iz rane, nakon nanošenja meda na ranu može se pojaviti osjećaj pečkanja ili blagi osjećaj boli koji obično nestanu nakon 30 minuta do najviše dva sata nakon aplikacije. Ako je bol neizdrživ, prestanite s upotrebom Vivamel medicinskog meda 20 g.

O mogućoj pojavi drugih neželjenih učinaka obavijestite svog lekara ili farmaceuta.

#### KAKO ČUVATI VIVAMEL MEDICINSKI MED 20 g?

Vivamel medicinski med 20 g čuvajte na suhom i na temperaturi od 5 °C do 35 °C u vodoravnom položaju ili s poklopcom okrenutim prema gore. Ne okrećite tubu na poklopac jer će kod sljedeće upotrebe medicinski med nekontrolirano isticati. Ne izlažite proizvod izravnoj sunčevoj svjetlosti.

#### VIVAMEL – MEDICINSKI MED 20 g

Vivamel – Medicinski med 20 g; Art. No.: 1052843



Proizvodač:  
Tosama d.o.o., Vir,  
Šaranovičeva cesta 35,  
1230 Domžale, Slovenija;  
[www.tosama.si](http://www.tosama.si)

Značenje simbola:



Sterilizirano  
radijacijom



Upotrebivo  
do

**TOSAMA**  
Since 1923

Datum izдавanja: rujan 2016



Uporaba unutar  
temperaturnog  
područja



Proizvođač:  
Tosama d.o.o., Vir,  
Šaranovičeva cesta 35,  
1230 Domžale, Slovenija;  
[www.tosama.si](http://www.tosama.si)

Značenje simbola:



Sterilizano  
radijacijom



Upotrebivo  
do

**TOSAMA**  
Since 1923

Datum izdavanja: septembar 2016



Gledaj uputstvo  
za upotrebu  
Serija  
Upotrebba unutar  
temperaturnog  
područja



Gledaj uputstvo  
za upotrebu



LOT

Serijski  
Broj



5 °C



35 °C



Proizvođač:  
Tosama d.o.o., Vir,  
Šaranovičeva cesta 35,  
1230 Domžale, Slovenija;  
[www.tosama.si](http://www.tosama.si)

Datum na izдавanje: septembar 2016



1304

Značenje na simbolite:



Sterilizirano  
radijacijom



Upotrebiva  
do



Videte go  
uputstvoto  
za upotrebu



Serialna  
Šifra



Korisite go  
na temperaturu